

Wartungs- & Prüfvorgaben

Für die künftige Verwendung aufbewahren!

Intervall	Prüfung	Prüfung durch
Jährlich	230 V – Prüfung	System Strobel bzw. Fachfirma vor Ort
jährlich	UVV Tragetisch	System Strobel bzw. Kunde mit Einweisung
jährlich	RTW Frontragstuhl	System Strobel bzw. Kunde mit Einweisung
jährlich	RTW Seitentragstuhl	System Strobel bzw. Kunde mit Einweisung
jährlich	KTW Tragstuhl	System Strobel bzw. Kunde mit Einweisung
jährlich	Heckhebelift / Heckhebetritt	System Strobel bzw. Kunde mit Einweisung
Empfehlung jährlich	Beladeschienen/ Beladerampen	Sichtprüfung durch Kunde
Empfehlung alle 2 Jahre	O ₂ - Prüfung	System Strobel bzw. Kunde
Empfehlung	Klimaanlage - Filterwechsel	Filterwechsel 1 - 2 x jährlich nach Sichtprüfung (Art. Nr. 04200482) bei integrierter Klimaanlage
Empfehlung	Klimaanlage - Desinfektion Verdampfer	Empfehlung einer Desinfektion der Klimaanlage nach jeder Infektionsfahrt